検査当日の注意事項



MR装置は強力な磁石です。

- 金属を持ち込むと強い力で吸引され危険です。
- 磁力に弱いものを持ち込むと
  破損、データ消失が起こります。

検査中、熱が発生する場合があります。

- 持ち込んだものが発熱すると、火傷の原因になります。

検査中、とてもうるさい音がします。

- 当院では、耳栓のご用意はありません。
  必要な方は、ご自身でお持ちください。

狭い装置の中に入ります。

- 閉所が苦手な方は、検査が受けられない場合があります。
  事前に医師にご相談ください。

次のものは、検査室に持ち込めません。

- ロッカーがありますので、検査前に出してください。

かつら、ウィッグなど

ヘアピンなど

アクセサリー

メガネ

コンタクトレンズ

※当日外す場合は、必ずケースをご用意ください。

入れ歯
※ケースをご用意ください。



補聴器

携帯電話・スマートフォン

時計

カメラ

メモリカード

財布

磁気カード

カイロ

磁気治療器
（エレキバンなど）

湿布

裏が銀色の貼り薬
（ニトロダームなど）

鍵

ライター

安全ピン

クリップ

万歩計

筋力トレーニング等
のウエイト

その他金属類、
電子機器すべて

医療法人財団　明理会　東戸塚記念病院
〒244-0801　横浜市戸塚区品濃町548-7　045-825-2111（代）

次のものを付けて、検査を受けないでください。

※金属成分を含んでいる場合があり、火傷の原因になったり、
装置の故障の原因になります。
当日は、可能な限り付けて来ないようお願いします。

MR装置内に付着したり、金属片が落ちると、故障の原因になります。

一時的染毛スプレー、粉末
（増毛スプレー、白髪染めスプレーなど）

ネイル
（金属の装飾品やラメがついているもの）

金属成分がふくまれている場合があります。検査中発熱して、火傷の原因になります。

アイメイク
（つけまつげ、アイシャドウ、マスカラ、
眉墨、アイブロウ、アイライン）

UVケア用品

銀を含むデオドラントスプレー

ラメ入りメイク

更衣について

金属の取り忘れを防ぎ、安全に検査を進めるため、皆様に更衣をお願いしています。
金属がついている下着や洋服、保温性下着、サポーターや腰痛用ベルトなど、脱いでいただきます。
詳しくは、担当技師の指示に従ってください。

更衣が困難な方は担当技師にご相談ください。金属類の取り忘れにはご注意ください。

保温性下着、温熱効果下着はすべて脱いでください。

MR検査では、普段より多く汗をかくことがあります。
保温下着を着用していると、更に汗をかきやすくなります。
水分を含むと熱が発生しやすくなり、火傷になる可能性が高くなります。

不明な点は、担当技師にお尋ねください。
スムーズに検査を進めるため、ご協力お願いいたします。

医療法人財団　明理会　東戸塚記念病院　〒244-0801　横浜市戸塚区品濃町548-7　045-825-2111（代）